

FECHA DE EMISION:

2020-11-10

Hoja: 1/1

Informe No.: EV-680

## Informe de Ensayo

HIELO ESTRELLA DEL VALLE S.A de C.V.  
 DOMICILIO CONOCIDO EN CARRETERA  
 EJ. TOLUCA-GUADALUPE VICTORIA  
 AT'N: ING. QUIM. NEIRA MARELI MARTINEZ  
 CONTROL DE CALIDAD

Le informo resultado de Análisis Microbiológicos de la muestra correspondiente a:


DATOS DE LA MUESTRA			
<b>Fecha de Muestreo:</b>	2020-11-03	<b>Identificación de la muestra:</b>	Agua potable
<b>Fecha de Recepción:</b>	2020-11-03	<b>Área:</b>	Filtros
<b>Fecha de Realización:</b>	2020-11-03	<b>Condiciones de recibo:</b>	Bien
<b>La Muestra:</b>		<b>Temperatura de recibo:</b>	8°C
<input type="checkbox"/> Se recibió	<input checked="" type="checkbox"/> Se realizó		
Resultados:			
<b>Coliformes totales:</b>	< 1.1 NMP/100 ml	<b>Coliformes fecales:</b>	< 1.1 NMP/100 ml
<b>Método Utilizado:</b>	<b>Coliformes totales, Coliformes fecales y E. coli:</b> NOM-210-SSA1-2014. Productos y Servicios. Métodos de Prueba Microbiológicas Determinación de Microorganismos Indicadores. Determinación de Microorganismos Patógenos.		

Referencia plan de muestreo: PM-1510

**NMP:** Número más probable

< 1.1 = No detectable

A T E N T A M E N T E

  
 \_\_\_\_\_  
 Q.B. CARLOS A. BUSTAMANTE  
 SIGNATARIO AUTORIZADO Y SUPERVISOR DE  
 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

FECHA DE EMISION:

2020-11-10

Hoja: 1/1

Informe No.: EV-681

## Informe de Ensayo

HIELO ESTRELLA DEL VALLE S.A de C.V.  
 DOMICILIO CONOCIDO EN CARRETERA  
 EJ. TOLUCA-GUADALUPE VICTORIA  
 AT'N: ING. QUIM. NEIRA MARELI MARTINEZ  
 CONTROL DE CALIDAD

Le informo resultado de Análisis Microbiológicos de la muestra correspondiente a:


DATOS DE LA MUESTRA			
<b>Fecha de Muestreo:</b>	2020-11-03	<b>Identificación de la muestra:</b>	Agua purificada
<b>Fecha de Recepción:</b>	2020-11-03	<b>Área:</b>	Llenador # 1
<b>Fecha de Realización:</b>	2020-11-03	<b>Condiciones de recibo:</b>	Bien
<b>La Muestra:</b>		<b>Temperatura de recibo:</b>	8°C
<input type="checkbox"/> Se recibió	<input checked="" type="checkbox"/> Se realizó		
Resultados:			
<b>Coliformes totales:</b>	<1.1 NMP/100 ml	<b>Coliformes fecales:</b>	< 1.1 NMP/100 ml
<b>Método Utilizado:</b>	<i>Coliformes totales, Coliformes fecales y E. coli:</i> NOM-210-SSA1-2014. Productos y Servicios. Métodos de Prueba Microbiológicas Determinación de Microorganismos Indicadores. Determinación de Microorganismos Patógenos.		

Referencia plan de muestreo: PM-1510

**NMP:** Número más probable

< 1.1 = No detectable

A T E N T A M E N T E

  
 \_\_\_\_\_  
 Q.B. CARLOS A. BUSTAMANTE  
 SIGNATARIO AUTORIZADO Y SUPERVISOR DE  
 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

FECHA DE EMISION:

2020-11-10

Hoja: 1/1

Informe No.: EV-682

## Informe de Ensayo

HIELO ESTRELLA DEL VALLE S.A de C.V.  
DOMICILIO CONOCIDO EN CARRETERA  
EJ. TOLUCA-GUADALUPE VICTORIA  
AT'N: ING. QUIM. NEIRA MARELI MARTINEZ  
CONTROL DE CALIDAD

Le informo resultado de Análisis Microbiológicos de la muestra correspondiente a:


DATOS DE LA MUESTRA			
<b>Fecha de Muestreo:</b>	2020-11-03	<b>Identificación de la muestra:</b>	Hielo en barra cristalino
<b>Fecha de Recepción:</b>	2020-11-03	<b>Área:</b>	Almacén # 1
<b>Fecha de Realización:</b>	2020-11-03	<b>Condiciones de recibo:</b>	Bien
<b>La Muestra:</b> <input type="checkbox"/> Se recibió		<input checked="" type="checkbox"/> Se realizó	<b>Temperatura de recibo:</b> 0°C
Resultados:			
<b>Coliformes totales:</b>	<1.1 NMP/100 ml	<b>Coliformes fecales:</b>	<1.1 NMP/100 ml
<b>Método Utilizado:</b>	<b>Coliformes totales, Coliformes fecales y E. coli:</b> NOM-210-SSA1-2014. Productos y Servicios. Métodos de Prueba Microbiológicas Determinación de Microorganismos Indicadores. Determinación de Microorganismos Patógenos.		

Referencia plan de muestreo: PM-1510

**NMP:** Número más probable

< 1.1 = No detectable

A T E N T A M E N T E

  
 Q.B. CARLOS A. BUSTAMANTE  
 SIGNATARIO AUTORIZADO Y SUPERVISOR DE  
 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA